

Note de service

BQ-Test non tréponémique RPR

ENTÊTE RÉSERVÉE : MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

- Nouvel examen* Manuel de prélèvement* Autre : préciser*
- Arrêt de réalisation d'un examen* Changement organisationnel*
- Modification de méthode/analyse* ***Cocher la case correspondante**

Objet : Changement de réactif du test non tréponémique RPR

Suite à un changement de réactif du test non tréponémique RPR à partir du 16/04/2024, une analyse itérative du sérum récent et du sérum précédent (datant de moins de 1 an) sera systématiquement réalisée dans les cas de test RPR positif.

L'objectif est de tenir compte des variations de résultats liées au nouveau réactif et d'évaluer au plus juste la cinétique du titre du test RPR.

Fait à Nancy le 02/04/2024,

Le biologiste responsable de l'analyse,
Anne KENNEL

DESTINATAIRES

Pour information :

- Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)

Pour exécution :

- Président de CME
- Les prescripteurs du CHRU
- Direction des soins
- Les CSS, Les CS du CHRU
- Centres Hospitaliers de Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul, ICL
- Autres clients du LBM : laboratoire CHED
- ALTIR