

	NOTE DE SERVICE	NS-00900
	BQ-Modification du type d'écouvillons pour la recherche de Trichomonas	Date de mise en application : 26/05/2020
Direction du Laboratoire de Biologie Médicale Structure : Microbiologie	Suivi par : Anne DEBOURGOGNE Téléphone : 03 83 15 43 96 / 5 3964 Courriel : a.debourgogne@chru-nancy.fr	

Seule la version électronique du document est valide

Objet : Modification du type d'écouvillons pour la recherche de *Trichomonas*

En raison de l'indisponibilité des dispositifs de prélèvements précédemment utilisés, la recherche de *Trichomonas vaginalis* sur prélèvements génitaux par immunochromatographie sera désormais réalisée sur écouvillons avec milieu de transport de type E-swab.

Ils sont disponibles auprès du magasin central.

Cette mise à jour a également été réalisée sur le manuel de prélèvement et DxCare.

Fait à Nancy le 26 mai 2020

Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l'analyse

M. MACHOUART – A. DEBOURGOGNE

DESTINATAIRES
Pour information : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Président de CME ▪ Les prescripteurs du CHRU ▪ Direction des soins ▪ Les CSS, Les CS du CHRU ▪ CH Toul ▪ CH Lunéville ▪ ICL ▪ ALTIR ▪ CH Lunéville