

	NOTE DE SERVICE	NS-00942
	BQ-Corrections des résultats de cross-laps sériques suite à un problème analytique	Date de mise en application : 11/09/2020
Direction du Laboratoire de Biologie Médicale Structure : Biochimie, Biologie Moléculaire et Nutrition	Suivi par : Catherine MALAPLATE Téléphone : 03 83 15 55 13 Courriel : c.malaplate@chru-nancy.fr	

Seule la version électronique du document est valide

Objet : Problème analytique concernant les dosages des cross-laps sériques

Nous avons eu connaissance d'une anomalie analytique concernant les dosages de cross-laps sériques ayant conduit à la vérification des résultats obtenus sur les échantillons concernés.

Nous avons constaté une sous-estimation des résultats initiaux et invitons les cliniciens ayant prescrit cet examen entre le 29/03/2020 et le 03/08/2020 à consulter les nouveaux résultats disponibles dans DXCare afin d'adapter la prise en charge des patients concernés

Fait à Nancy le 10/09/2020

Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l'analyse
Mme Catherine MALAPLATE

- DESTINATAIRES
Pour information : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Président de CME ▪ Les prescripteurs du CHRU ▪ Direction des soins ▪ Les CSS, Les CS du CHRU ▪ CH Toul ▪ ICL ▪ ALTIR ▪ Autre(s) établissement(s) extérieur(s) : CH de LUNEVILLE – CH de PONT-A-MOUSSON