

Note de service

BQ-Réactovigilance COVID

ENTÊTE RÉSERVÉE : MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

- | | | |
|--|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Nouvel examen* | <input type="checkbox"/> Manuel de prélèvement* | X Autre : préciser* |
| <input type="checkbox"/> Arrêt de réalisation d'un examen* | <input type="checkbox"/> Changement organisationnel* | |
| <input type="checkbox"/> Modification de méthode/analyse* | * Cocher la case correspondante | |

Objet : à compter du 27-06-2023 - Réactovigilance COVID

Procédure de réactovigilance en cours concernant les écouvillons nasopharyngés (virus respiratoires) (référence fournisseur 903101 – référence magasin 1077124)

Le lot n° **20220611** (péremption 10/12/23) ne permet pas la réalisation des tests dans des conditions optimales

Ce lot peut être utilisé **uniquement en cas d'urgence** (procédure dégradée sur autre automate dédié), **les autres lots ne sont pas concernés par la réactovigilance.**

Lot n° 20220611 à mettre en quarantaine jusqu'à réapprovisionnement

Recommandation : L'écouvillon ne posant pas de problème, il est possible en attendant la livraison d'un nouveau lot conforme, d'utiliser cet écouvillon pour le prélèvement et de le décharger dans un tube de type eSwab.

Fait à Nancy le **29/06/23**,

Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l'analyse
Cédric Hartard

DESTINATAIRES

Pour information :

- Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)

Pour exécution :

- Président de CME
- Les prescripteurs du CHRU
- Direction des soins
- Les CSS, Les CS du CHRU
- Centres Hospitaliers de Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul, ICL
- ALTIR